

Ecolab Deutschland GmbH D-40766 Monheim am Rhein

Ihre Nachricht/Zeichen	Unsere Abteilung/Zeichen	Telefon	Datum
	Healthcare Deutschland	+49-2173-599-1900	18. Februar 2016

Kompatibilität mit Inkubatoren

Im Zusammenhang mit der Reinigung und Desinfektion von Inkubatoren bestätigen wir die Materialverträglichkeit bei sachgemäßer Anwendung entsprechend unserer Materialverträglichkeitsprüfungen unter Beachtung der Gebrauchshinweise der Medizinproduktehersteller für unsere Produkte:

- Incidin® Active
- Incidin® Rapid
- Incidin® OxyWipe S
- Incidin® OxyWipe
- Incidin® OxyFoam S
- Incidin® OxyFoam

bei der Verwendung an folgenden Inkubatoren:

- Dräger-Isolette-Produktreihe
- Dräger Caleo
- Dräger Babytherm
- GE Giraffe OmniBed
- Weyer Thermocare Vita

Bitte beachten Sie, dass nach der Desinfektion (unter Berücksichtigung der Einwirkzeiten) bzw. spätestens vor Wiederbenutzung die Inkubatoren mit Wasser gut gespült werden. Bitte berücksichtigen Sie unbedingt auch die Angaben in den Bedienungs- und Aufbereitungsanleitungen der Gerätehersteller. Treten trotz nachweislich sachgemäßer Anwendung (Einhaltung von Einwirkzeiten und Konzentrationsangaben) an den Geräten Beschädigungen auf, welche ursächlich auf die Verwendung eines der oben genannten Produkte zurückzuführen ist, gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.

Mit freundlichen Grüßen



i.V.
Dr. Andreas Otte
Portfolio Manager Instrument Reprocessing
Healthcare Division



i.V.
Jens Korr
Portfolio Manager Surgical and Environmental Hygiene
Healthcare Division

Deutsche Bank AG, Düsseldorf
Konto 2 272 276 - BLZ 300 700 10
IBAN: DE38 3007 0010 0227 2276 00
BIC: DEUTDEDD
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE61D1000000608225
USt-ID-Nr. DE 814914835
Gesellschaft mit beschränkter Haftung Sitz: Monheim am Rhein
Handelsregister: AG Düsseldorf, HRB 28757
Vorsitzender des Aufsichtsrates: Andreas Weilinghoff
Geschäftsführung: Halit Kayatürk, Ralph Gichtbrock