

Ecolab Deutschland GmbH D-40766 Monheim am Rhein

Ihre Nachricht/Zeichen	Unsere Abteilung/Zeichen	Telefon	Datum
	Healthcare Deutschland	+49-2173-599-1900	18. Februar 2016

Kompatibilität mit flexiblen Endoskopen

Die Anzahl der Hersteller solcher Geräte ist sehr groß und entsprechend unübersichtlich ist auch die Zahl der am Markt befindlichen flexiblen Endoskope. Es gibt keine einheitlichen Standards im Hinblick auf Konstruktion oder Materialzusammensetzung. Wesentliche Unterschiede bestehen auch im Hinblick auf Eintauchbarkeit, Sterilisierfähigkeit und bei der Beschaffenheit des Zubehörs.

Im Zusammenhang mit der Reinigung von flexiblen Endoskopen bestätigen wir die Materialverträglichkeit bei sachgemäßer Anwendung entsprechend unserer Materialverträglichkeitsprüfungen unter Beachtung der Gebrauchshinweise der Medizinproduktehersteller für unsere Produkte:

- Incidin® OxyWipe S
- Incidin® OxyWipe
- Incidin® OxyFoam S
- Incidin® OxyFoam

Bitte beachten Sie unbedingt auch die Angaben in den Bedienungs- und Aufbereitungsanleitungen der Gerätehersteller. Treten trotz nachweislich sachgemäßer Anwendung (Einhaltung von Einwirkzeiten und Konzentrationsangaben) an den Geräten Beschädigungen auf, welche ursächlich auf die Verwendung eines der oben genannten Produkte zurückzuführen sind, gelten die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes.

Mit freundlichen Grüßen



i.V.
Dr. Andreas Otte
Portfolio Manager Instrument Reprocessing
Healthcare Division



i.V.
Jens Korr
Portfolio Manager Surgical and Environmental Hygiene
Healthcare Division